

Zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji na potrzeby realizacji projektu pn.: Śląskie Pomaga, którego celem jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego: na zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji na potrzeby realizacji projektu pn.: Śląskie Pomaga, którego celem jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Pytanie nr 1

Pakiet nr 2 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści maskę FFP3, która jest przeznaczona do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 30 x NDS. Zastosowanie: duże stężenie pyłów respirabilnych, przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 3 pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń szpitalnych potwierdzona badaniami klinicznymi”?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 3 pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga, aby myjki posiadały możliwość podgrzania ich w mikrofalówce przed użyciem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 4 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 5

Pakiet nr 4 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'24 sztuk z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 10 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści równoważny kombinezon wykonany z ciągłych, ultracienkich włókien polietylenu o dużej gęstości, które tworzą jednolitą barierę ochronną. Materiał Tyvek®, z którego wykonany jest kombinezon, zapewnia komfort użytkowania, ponieważ przepuszcza powietrze i parę wodną a jednocześnie nie wchłania aerozoli oraz cieczy na bazie wody. Stanowi doskonałe połączenie ochrony, trwałości oraz komfortu. Tyvek prawie nie pyli, nie zawiera wypełniaczy, spoiw ani silikonu co minimalizuje zanieczyszczenie procesu.

Cechy / Właściwości:

- Trzyczęściowy kaptur z gumką, który idealnie dopasowuje się do ruchów głowy i maski twarzowej.

- Zamek błyskawiczny z blokadą wykonany z użyciem włókna Tyvek. Większy suwak zamka pozwala na lepszy chwyt w rękawicy.
 - Patka zakrywająca zamek błyskawiczny.
 - Elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek (bez dodatku lateksu).
 - Rękaw, który nie opada podczas unoszenia rąk.
 - Gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do ciała.
 - Obszerny klin w kroczu umożliwiający swobodne poruszanie się.
 - Nowa, opatentowana technologia szwów dla zapewnienia wytrzymałości i szczelności.
 - Dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej.
 - Własności antystatyczne i niepyłące.
 - Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:
- Typ 5 - EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 - ochrona przed pyłami,
 - Typ 6 - EN 13034:2005 +A1 2009 (NOWA METODA BADANIA: EN ISO 17491-4:2008 metoda A)- ograniczona szczelność natryskowa
- Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126
 - Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5
 - Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym)

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego a także przedmiotów mających kontakt z żywnością, nie zawierające aldehydów i fenoli, skład: propano-2-ol, etanol, aminy, chlorek didecyldimetyloamoniowy, spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) w 30 s., Adeno 1 min.), rozmiar 13 x 20 cm, chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, opakowanie pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie 60% propan-2-olu i chlorheksydyny, łagodny dla skóry, zawierający glicerynę, bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu, spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota), dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna – 45 sekund?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni, skład: etanol, 2-propanol, łączna zawartość alkoholu do 70%, bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu), polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni, zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe, posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną, spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc

(M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty, dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic, produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w Pakiecie 15 dopuści delikatną, antybakteryjną emulsję przeznaczoną do mycia rąk oraz całego ciała, bez zawartości barwników i kompozycji zapachowej, nie podrażnia rąk, zawiera glicerynę i pochodną olejku kokosowego, może być stosowana do codziennego mycia rąk, zalecana dla alergików, pH środka 5,5-6,0, produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiadający badania dermatologiczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 1 Czy Zamawiający może doprecyzować czy należy zaoferować 2000 szt. maseczek czy 2000 opakowań po 50szt.?

Odpowiedź: Dotyczy zaoferowania 2000 szt. maseczek.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną z elastycznymi uszami do zamocowania maski na twarzy, hypoalergiczna, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie hypoalergiczna, wyposażona w sztywnik. Gramatura filtra $25 \pm 2 \text{ g/m}^2$, $\geq 98\%$ BFE. Maski spełnia wymogi normy PN EN 14683:2019. Maski pakowane w kartonik w formie podajnika. Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT, numer normy i piktogram wyraźnie określająca sposób mocowania maski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych typu II, zgodnych z wymaganiami normy PN-EN14683:2019, poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem różnicowym 25 Pa i czystością mikrobiologiczną na poziomie minim 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1? W ostatnim czasie, na rynku medycznym pojawiło się dużo ofert na maski, które nie spełniają wymogów wyrobu medycznego w myśl Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj: Deklaracji Zgodności CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu? Nadmieniamy, że spełnienie powyższych wymogów wynika z obowiązujących przepisów i powinno stanowić wymaganie minimalne wobec przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 1 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z niezależnego laboratorium potwierdzającym deklarowany poziom filtracji bakteryjnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 16

Pakiet 8, poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m², długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 17

Pakiet 8, poz. 1 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 18

Pakiet 8, poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm, szerokości ok. 160 cm i długości paska (trok w talii) min. 200 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 19

Pakiet 11, poz. 1 Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z niebieskiej folii teksturowanej, z gumką, w rozmiarze uniwersalnym – długość ochraniacza w stanie rozciągniętym ok. 40 cm, głębokość 16 cm, o grubości 2 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 20

Pakiet 11, poz. 1 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 21

Pakiet nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu o następujących parametrach:

- Kombinezon chroniący przed czynnikami biologicznymi
- Wykonany z opatentowanego materiału TYVEC
- Gramatura ~ 41 g/m²
- Zapinany na zamek błyskawiczny wykończony patką
- Kaptur trzyczęściowy
- Brzegi rękawów i nogawek wykończone gumką
- Gumka funkcyjna w pasie
- Kolor biały, pakowany indywidualnie
- Oznakowany znakiem CE

Środek ochrony indywidualnej, kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem 2016/425

Produkt spełnia wymagania norm:

EN 1073-2:2002 – Odzież chroniąca przed radioaktywnymi cząstkami stałymi - **Klasa 2**

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi – **Typ 5**

EN 13034:2005 + A1:2009 - Odzież o ograniczonej skuteczności ochrony przed ciekłymi chemikaliami – **Typ 6**

EN 1149-5:2008 – Odzież ochronna rozładowująca elektryczność statyczną z rezystancją powierzchniową w wysokości $\leq 2,5 \times 10^9 \Omega$ na zewnętrznej i wewnętrznej stronie ubrania

EN 14126:2003 - Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi (**typ 5B i 6B**), wymagania dotyczące odporności na przenikanie czynników infekcyjnych:

odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego (test syntetycznej krwi, metoda badania zgodnie z ISO 16603/ISO 16604) – **klasa 3**

odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze (metoda badania zgodnie z ISO 22610) – **klasa 1**
odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli (metoda badania zgodnie z ISO 22611) – **klasa 1**
odporność na przenikanie skażonych cząstek stałych (metoda badania zgodnie z ISO 22612) – **klasa 1**

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 22

Pakiet nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu o następujących parametrach:

- Kombinezon chroniący przed czynnikami biologicznymi
- Zapinany na zamek błyskawiczny dwustronny wykończony patką
- Kaptur trzyczęściowy
- Szwy zabezpieczone dodatkową taśmą
- Brzegi rękawów i nogawek wykończone gumką
- Gumka funkcyjna w pasie
- Kolor biały, pakowany indywidualnie
- Oznakowany znakiem CE

Środek ochrony indywidualnej, kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem 2016/425

Produkt spełnia wymagania norm:

- **EN 13034:2005/A1:2009** - Odzież o ograniczonej skuteczności ochrony przed ciekłymi chemikaliami – **Typ 6**
- **EN ISO 13982-1:2004/A1:2010** - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi – **Typ 5**
- **EN 14605:2005/A1:2009** - Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy - **Typ 4**
- **EN 1073-2:2002** - Odzież chroniąca przed radioaktywnymi cząstkami stałymi - **Klasa 1**
- **EN 1149-5:2008** - Odzież ochronna - właściwości elektrostatyczne. Odzież stosowana w strefie zagrożenia wybuchem
- **EN 14126** - Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi (**typ 4B**), wymagania dotyczące odporności na przenikanie czynników infekcyjnych:
 - odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego (test syntetycznej krwi, metoda badania zgodnie z ISO 16603/ISO 16604) – **klasa 6 (maksymalnie 6)**
 - odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze (metoda badania zgodnie z ISO 22610) – **klasa 6 (maksymalnie 6)**
 - odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli (metoda badania zgodnie z ISO 22611) – **klasa 3 (maksymalnie 3)**
 - odporność na przenikanie skażonych cząstek stałych (metoda badania zgodnie z ISO 22612) – **klasa 3 (maksymalnie 3)**

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 23

Pakiet 4 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia wody, gotowych do użycia, o doskonałych właściwościach myjących, o przyjemnym zapachu, o wymiarach 15,5 cm x 23,5 cm, pH neutralne dla skóry, możliwość stosowania do wszystkich rodzajów skóry, nasączonych substancją zawierającą alantoinę? Termin ważności 18 miesięcy od daty produkcji. Opakowanie 10 szt. rękawic. Kosmetyk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 24

Pakiet 13 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu do dezynfekcji rąk - 5 l opakowanie - przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. zawierającego etanol, D-pantenol i witaminę E. Działanie Bójcze potwierdzone dokumentacją: PN 1500 - czas 30 sek., PN 12791 - czas 90sek., B(EN 13727)- 15s., Y (EN 13624)- czas 15 sek., Prątkobójczy EN 14348 - 15 sek. Polio (EN 14476) - 30 sek. Rota, Adeno oraz Norowirus zgodnie z 14476 w czasie do 15 sek. Produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 25

Pakiet 14 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu do dezynfekcji powierzchni (1l) - preparat alkoholowy z atomizerem, na bazie etanolu i propan-1-olu, do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni, gotowy do użycia, nie zawierający aldehydu glutarowego. Spektrum: bakteriobójczo (włącznie z MRSA), prątkobójczo, drożdżakobójczo (C. albicans) / drożdżobójczo), V (włącznie z HBV / HIV, HCV, BVDV, Rota, Vaccinia, HSV, Noro) w czasie 1 min., Grzybobójczo, Adeno – w czasie do 2 minut. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 26

Pakiet 15 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji myjącej do stosowania przed higieniczną / chirurgiczną dezynfekcją rąk - w płynie do higienicznego mycia rąk i ciała, zawierającej alantoinę. Preparat w postaci gęstego perłowobiałego płyn, działające łagodnie na skórę, chroniące przed wysuszeniem. PH neutralne dla skóry. Opakowanie 5l. Kosmetyk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Z upoważnienia Dyrektora
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Małgorzata Guzik

Kierownik
sekcji Zaopatrzenia i Magazynów

Anna Guła