

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń.

1. Przeglądy, konserwacja, ocena stanu technicznego urządzeń objętych niniejszą umową, wykonywane będą w miejscu użytkowania tych urządzeń.
2. W przypadku braku daty przeglądu technicznego w Pakietach, Zamawiający powiadomi o terminie wykonania przeglądu technicznego z 14 dniowym wyprzedzeniem.
3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie zawarty w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do:
 - a) wykonywania okresowych przeglądów techniczno-eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia/urządzeń/,
 - b) potwierdzania terminów przeglądów ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 2. I. ust.2 i 3 niniejszej umowy,
 - c) uzgadniania z Zamawiającym terminów wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy, w celu udostępnienia urządzenia/ urządzeń przez personel Zamawiającego i podpisania przez personel Zamawiającego Karty Pracy po wykonaniu usługi,
 - d) konserwacji urządzeń oraz inspekcji zużycia poszczególnych części /elementów/ urządzeń, w tym wymiany zużytych części /elementów/,
 - e) diagnozowania błędów w funkcjonowaniu urządzenia /urządzeń/,
 - f) usuwania drobnych usterek urządzenia/urządzeń/,
 - g) dostawy i wymiany materiałów oraz części /elementów/ urządzenia /urządzeń/ zgodnie z procedurami zalecanymi przez producenta,
 - h) sprawdzenia funkcjonowania urządzenia/urządzeń, i jego /ich/ gotowości do pracy, bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego oraz sprawdzenia wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury,
 - i) przeprowadzenia czynności kalibrujących i korygujących,
 - j) wydawania orzeczeń technicznych dla urządzenia/urządzeń szczególnie, gdy urządzenie /urządzenia kwalifikują się do kasacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego,
 - k) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów UDT – przygotowanie urządzeń do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami inspektorów UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem inspektorów UDT.
5. Wykonawca jest zobowiązany ponadto:
 - a) wykonywać czynności przeglądowo-konserwacyjne z należytą starannością, zgodnie z właściwościami urządzenia/urządzeń/objętych przedmiotem niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami, standardami i normami,
 - b) używać do przeglądów i konserwacji tylko części i materiały fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu, spełniające wymagane przez producenta parametry oraz zgodne z obowiązującymi w stosunku do nich normami i przepisami.
 - c) utylizować lub zagospodarować - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy (tj. zużyte i wymienione części zamienne, podzespoły akumulatory, obudowy itp.).
 - d) w przypadku wyłączenia z użytkowania aparatu z negatywnym wynikiem przeglądu technicznego (sprzętu, urządzenia) do umieszczenia na danym aparacie (sprzęcie, urządzeniu) czytelnej informacji „UWAGA !!! Urządzenie niesprawne – nie używać”.
6. W szczególnych przypadkach, gdy przegląd techniczny nie może się odbyć w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych w siedzibie Wykonawcy, koszt przesyłki urządzenia, wraz z ubezpieczeniem sprzętu medycznego po stronie Wykonawcy.

Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przeglądy mają być wykonywane w dni robocze.

W pakiecie nr 22 podczas wykonywania przeglądu technicznego Zamawiający wymaga wymiany niżej wymienionych części (Aparat Leon Plus):

1. Ogniwo pomiarowe tlenu (CelaO2),
2. Zestaw przeglądowy modułów wewnętrznych,
3. Zestaw przeglądowy stacji dokującej,