

Częstochowa 07.03.2023 r.

Do wiadomości

Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 1 do Opisu przedmiotu zapytania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na :

***„Zapytanie ofertowe na wykonanie usług przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.”
- z dnia 28.02.2023r.***

Pytanie nr 1.

Dotyczy wzoru umowy: § 2 Opis przedmiotu zamówienia: Prosimy o przedstawienie harmonogramu określonego jako załącznik nr 3 do umowy dla zadania nr 124-133.

Odpowiedź: Poprzez Harmonogram należy traktować **formularz asortymentowo cenowy** dla wszystkich pozycji gdzie w kolumnie pod nazwą **Termin planowanego przeglądu** zawarta jest informacja o dacie wykonania przeglądu.

Pytanie nr 2.

Dotyczy zadania nr 124-133: Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy w cenie przeglądu należy uwzględnić koszt wymiany akumulatorów w pompach? Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z zaleceniami producenta wymiana akumulatora winna następować co 2 lata.

Odpowiedź: W swojej ofercie Wykonawca jest zobowiązany wykonać przegląd techniczny bez wymiany akumulatora. Sytuacja ta dotyczy wszystkich urządzeń objętych postępowaniem. W przypadku konieczności wymiany akumulatora informację taką Wykonawca jest zobowiązany podać w karcie pracy wpisując **„zalecana wymiana akumulatora.”**

Pytanie nr 3.

Dotyczy zadania nr 124-133: W przypadku wykonania przeglądów technicznych w siedzibie Wykonawcy (dopuszczono taką możliwość w punkcie 6 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) prosimy o rezygnację z wymogu obecności pracownika Działu technicznego Szpitala (punkt 8 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonanie przeglądu technicznego w sposób wskazany w punkcie nr. 6 opisu przedmiotu zamówienia ale tylko w przypadkach gdy nie ma możliwości wykonania przeglądu technicznego na miejscu w szpitalu oraz wyrazi na to zgodę. W takiej sytuacji w przypadku wskazanym w punkcie nr 6 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający rezygnuje z konieczności obecności swojego pracownika przy przeglądzie technicznym. Wówczas po powrocie urządzenia z przeglądu pracownik ten potwierdza na podstawie dokumentów wpis w paszporcie oraz sprawdzeniu urządzenia na karcie pracy którą musi wystawić Wykonawca fakt wykonania przeglądu technicznego. Ponadto na czas przeglądu Wykonawca w takim przypadku ma obowiązek zapewnić urządzeń zastępczych na okres przeglądu.

Pytanie nr 4.

Wykonawca wskazuje, że do wykonania czynności objętych przedmiotem zamówienia wymagane jest posiadanie specjalistycznych przyrządów oraz oprogramowania, ponadto czynności te wykonane mogą być jedynie przez przeszkolony lub fabryczny serwis. Wszystkie nieautoryzowane działania w zakresie serwisowania lub modyfikacji urządzeń Medima przenoszą odpowiedzialność za skutki niewłaściwego działania urządzeń na osoby lub organizacje zlecające i wykonujące te czynności. Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający wymaga od Wykonawców posiadanie stosownej autoryzacji producenta lub posiadania w swych zasobach osób/y, które legitymują się imiennym aktualnym certyfikatem wystawionym przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczającym przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń objętych zadaniem nr 124-133?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy.



Pytanie 5.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z formularza asortymentowo – cenowego pozycji 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 i utworzenie odrębnego pakietu w celu dopuszczenia do udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych cen ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6.

Dotyczy zapisów ZO –UMOWA– par. 2 – dla poz. 185 i 186

Prosimy o dodanie zapisu w par. 2 „W przypadku braku możliwości wykonania przeglądu w terminie, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy na prośbę pisemną przesłaną na maila przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawców wykonania przeglądów technicznych w terminach wskazanych w postępowaniu. Zamawiający przewiduje wykonanie przeglądu technicznego w sposób wskazany w punkcie nr. 6 opisu przedmiotu zamówienia ale tylko w przypadkach gdy nie ma możliwości wykonania przeglądu technicznego na miejscu w szpitalu oraz wyrazi na to zgodę. W takiej sytuacji w przypadku wskazanym w punkcie nr 6 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający rezygnuje z konieczności obecności swojego pracownika przy przeglądzie technicznym. Wówczas po powrocie urządzenia z przeglądu pracownik ten potwierdza na podstawie dokumentów wpis w paszporcie oraz sprawdzeniu urządzenia na karcie pracy którą musi wystawić Wykonawca fakt wykonania przeglądu technicznego. Ponadto na czas przeglądu Wykonawca w takim przypadku ma obowiązek zapewnić urządzeń zastępczych na okres przeglądu.

Pytanie 7.

Dotyczy zapisów ZO –Formularz asortymentowo-cenowy– poz. 185,186 i 215

Prosimy o zmianę w kolumnie Termin planowanego przeglądu z „w ciągu 5 dni” na „w ciągu 5 dni roboczych od przesłania urządzeń do siedziby Wykonawcy” ?

Odpowiedź: Zamawiający ze względu na pilność wykonania przeglądów nie wyraża zgody na zmianę terminu.



Pytanie 8.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1 Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:

- a) za opóźnienie w realizacji umowy w terminie określonym w § 2 ust 2, karę umowną w wysokości **0,5%** wartości brutto **niewykonanej części** danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części danego zamówienia**;
- b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10 % wartości brutto **niewykonanej części** umowy;
- c) za nieusunięcie usterek w terminie wskazanym w par. 2 ust. 2, w wysokości **0,5%** wartości brutto **niewykonanej usługi** za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej usługi**;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9.

Dot. poz. 199-203 Q7 i P500 BLT:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie 5 szt. przeglądów w siedzibie Wykonawcy. Koszty transportu (znacznie niższe niż dojazd) pokryje Wykonawca i zapewni na czas usługi urządzenie zastępcze? Pozwoli to Państwu na wykonanie przeglądów przez autoryzowanego przedstawiciela BLT, w przystępnej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonanie przeglądu technicznego w sposób wskazany w punkcie nr. 6 opisu przedmiotu zamówienia ale tylko w przypadkach gdy **nie ma możliwości** wykonania przeglądu technicznego na miejscu w szpitalu oraz wyrazi na to zgodę. W takiej sytuacji w przypadku wskazanym w punkcie nr. 6 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający rezygnuje z konieczności obecności swojego pracownika przy przeglądzie technicznym. Wówczas po powrocie urządzenia z przeglądu pracownik ten potwierdza na podstawie dokumentów wpis w paszporcie oraz sprawdzeniu urządzenia na karcie pracy którą musi wystawić Wykonawca fakt wykonania przeglądu technicznego. Ponadto na czas przeglądu Wykonawca w takim przypadku ma obowiązek zapewnić urządzeń zastępczych na okres przeglądu.

Kierownik
Działu Technicznego
Krzysztof Marjański

Zastępca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Zbigniew Szyszko

DYREKTOR
Wojciech Konieczny