



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY
ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92
e-mail: sekretariat@zsm.czest.pl http://www.zsm.czest.pl



Częstochowa dnia 08.05.2024 r.

Informacja dla Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

dot. zapytania ofertowego pn. „Przeгляд techniczny i konserwacja agregatów próżniowych użytkowanych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”.

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia.

Pytanie Nr 1

Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.

Odpowiedź nr 1

Brak zgody na zmianę terminu płatności. Obowiązuje termin płatności 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Pytanie Nr 2

Prosimy Zamawiającego o podanie daty produkcji i nr seryjnego AV - 40

Odpowiedź nr 2

Data produkcji: 2001 r. nr seryjny 017

Pytanie Nr 3

Prosimy Zamawiającego o podanie daty produkcji i nr seryjnego agregatu AV - 100.

Odpowiedź nr 3

Data produkcji: 2001 r. nr seryjny 028 (na tabliczce znamionowej jest oznaczenie AT 63 ale wg serwisu Tepro, który wykonywał wcześniejsze przeglądy jest to agregat AV 100).

Pytanie Nr 4

Prosimy Zamawiającego o podanie daty produkcji i nr seryjnego agregatu SAMARAS MVCS 3x12 + 90V

Odpowiedź nr 4

Data montażu 2015 r. , nr seryjny 14131560

Pytanie Nr 5

Prosimy Zamawiającego o podanie daty produkcji i nr seryjnego agregatu SAMARAS MVCS 3x21+ 270C (ul. Bony 1/3)

Odpowiedź nr 5

Data montażu 2014/2015 r. , nr seryjny 0171005170

Pytanie Nr 6

Prosimy Zamawiającego o podanie daty produkcji i nr seryjnego agregatu SAMARAS MVCS 3x21 + 270C (ul. Mirowska)

Odpowiedź nr 6

Data montażu urządzenia 2017/2018 r, nr seryjny 0171004858

Pytanie Nr 7

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie pojęcia "Usunięcia drobnych usterek urządzeniach/installacji".

Odpowiedź nr 7

Pojęcie oznacza naprawę, którą można wykonać bez użycia dodatkowych materiałów, a usterka została stwierdzona podczas wykonywania przeglądu technicznego.

Pytanie Nr 8

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie pojęcia "zdiagnozowanie błędów w funkcjonowaniu urządzeń/installacji i ich usunięcia".

Odpowiedź nr 8

Pojęcie oznacza stwierdzenie ewentualnych dodatkowych błędów pracy urządzenia zdiagnozowanych podczas wykonywania przeglądu technicznego.

Pytanie Nr 9

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zakresu przedmiotu zamówienia i określenie ilości wizyt u Zamawiającego w celu realizacji zadań wskazanych w § 2 umowy.

Odpowiedź nr 9

Zakres opisany jest Załączniku Nr 1 i Nr 2. Liczba wizyt jest zależna od Państwa, na wykonanie przeglądów technicznych wyznaczony jest okres 30 dni.

Pytanie Nr 10

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z projektu umowy zapisu o udzieleniu gwarancji na sprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy w okresie 12 miesięcy. Wykonawca dokonując przeglądów gwarancyjnych i wymiany elementów udziela jedynie gwarancji producenta na wymieniane elementy, nie na posiadane przez Zamawiającego agregaty próżni.

Odpowiedź nr 10

Brak zgody na zmianę zapisu.

Pytanie Nr 11

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,3 % wartości brutto umowy za każdy dzień niesprawności urządzenia /urządzeń po upływie 3 dniowego terminu usunięcia wady, o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

Odpowiedź nr 11

Brak zgody na zmianę zapisu.

Powyższa treść stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ

p.o. DYREKTOR

Małgorzata Guzik

Zastępca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Technicznych

Zbigniew Szyszko

Główny Inżynier
Działu Technicznego
Krzysztof Dorpiat

T. Koralle