



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY
ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92
e-mail: sekretariat@zsm.czyst.pl http://www.zsm.czyst.pl



Częstochowa, dnia 10.03.2025 r.

Odpowiedzi do zapytania ofertowego na zakup i dostawa kabli, czujników, mankietów dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Pytanie 1 Pakiet 1 Pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odpowiedź: Poz. 2 – nr katalogowy EKG kab. gł. firmy Draeger – MS20093

Ostatnio używany kabel nr kat M4208-120 z firmy Empireum

Pytanie 2 Pakiet 1 Pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odpowiedź: Poz. 6 – nr katalogowy adaptera d/ cz. firmy Draeger – 3368433

Ostatnio używany kabel nr kat M311-039 z firmy Empireum

Pytanie 3 Pakiet 3 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada aktualnego nr katalogowego. Poniżej przedstawiamy zdjęcia wtyku w kardiomonitorze oraz końcówkę kabla od odprowadzeń.



Pytanie 4 Pakiet 1 poz. 3

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 27-35 cm. Jest to jedyna niezgodność w całym pakiecie, przy dopuszczeniu takiego rozmiaru będą Państwo mogli otrzymać konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 5 Pakiet 1 poz. 5 i 6

Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie – czujnik i adapter mają pracować w technologii Nellcor czy Masimo?

Odpowiedź: Czujnik i adapter mają pracować w technologii Nellcor.


Pytanie 6 Pakiet 1 poz. 1

Zamawiający oczekuje całego kabla EKG (kabel główny nierozłączny z odprowadzeniami) czy tylko odprowadzeni? Jeśli Zamawiający ma taką możliwość oprócz odpowiedzi na pytanie, proszę o podanie numeru katalogowego aktualnie używanego produktu.

Odpowiedź : Zamawiający w pozycji nr 1 wymaga jedynie kabla z odprowadzeniami, kabel główny łączący odprowadzenia z kardiomonitorem znajduje się w pozycji nr 2.

Obecnie używane kable : Kabel odprowadzeniowy – poz nr 1 nr kat SM -5LW-G z firmy Empireum

Kabel główny -poz nr 2 nr kat M4208-120 z firmy Empireum


DYREKTOR
Krzysztof Szatraniec

Kierownik
Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów


Paulina Kołodziej

Kierownik Działu Technicznego


Kamil Gawron