

Częstochowa 11.03.2025 r.

Do wiadomości

Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 1 do Opisu przedmiotu zapytania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na :

**„Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji serwisowych sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”
- z dnia 5.03.2025r.**

Pytanie nr 1

Pakiet 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK12 (pozycja 1 i 2) w związku z zakończeniem wsparcia technicznego. Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany serwis urządzeń produkcji Stryker.

Odpowiedź: W przypadku zakończenia wsparcia technicznego a tym samym braku możliwości wykonania przeglądu technicznego Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne zgodnie z § 2, pkt. 4, ppkt. 10 umowy.

Pytanie nr 2

pakiet nr 35, 37

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary o której mowa we wzorze umowy §9 ust. 1.3) 0,3% wartości usług określonych w zakresie zawierającym dane urządzenia/urządzeń?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

pakiet nr 35, 37

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary o której mowa we wzorze umowy §9 ust. 1.4) do 0,3% wartości usług określonych w zakresie zawierającym dane urządzenia/urządzeń?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 4

pakiet nr 35, 37

Czy w Zamawiający zawrze we wzorze umowy łączną maksymalną wysokość kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


DYREKTOR
Beata Szafranec


**Zastępca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Technicznych**
Zbigniew Szysko


Kierownik Działu Technicznego
Kamil Gawron