Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Pakietu Nr 1

I. Wykaz agregatów próżniowych użytkowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

a) Szpital przy ulicy Mirowskiej 15

Agregat próżni centralnej AV100 nr 028/2001 z 2 szt. pomp AT63A produkcji TEPRO

b) Szpital przy ulicy Mickiewicza 12

Agregat próżni centralnej AV40 nr 017/2001 typ pompy AT 21 produkcji TEPRO

II. Zakres zadań do wykonania podczas przeglądu technicznego, konserwacji

- Sprawdzenie poprawności działania urządzeń,
- Sprawdzenie poprawności uzyskiwanych parametrów próżniowych,
- Sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych w urządzeniach,
- Sprawdzenie elektrycznych połączeń w agregatach,
- Sprawdzenie poprawności pracy głównych sterowników agregatów próżniowych,
- Wymiana oleju w agregatach próżniowych (obecnie zastosowany olej M100N),
- Wymiana filtrów oleju w agregatach (z gwintem ¾ UNF, obecnie zastosowano filtry FO-60 – 2 szt.),
- Wymiana filtrów mgły olejowej FPS 70 x 250 – 4 szt. (agregat AV-100),
- Wymiana filtrów mgły olejowej FPS 70 x 130 – 2 szt. (agregat AV-40),
- Wymiana filtrów bakteriobójczych w agregatach (Mikronfilter S 130, wymiary zewnętrzne fi 175 x 185 mm, obecnie zastosowano VL180 – 4 szt.),
- Usunięcie drobnych usterek w urządzeniach/instalacji,
- Utylizacja zużytych materiałów,
- Wystawienie protokołów po przeprowadzonym przeglądzie technicznym.