



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY

ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92
e-mail: sekretariat@zsm.czyst.pl http://www.zsm.czyst.pl



CERT
POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI
PN-EN ISO 9001:2015
PN-EN ISO/IEC 27001:2023
Certyfikat nr:
1930/03/2025/ZSZ/R

Częstochowa, dnia 26.06.2025 r.

Odpowiedzi do zapytania ofertowego na zakup i dostawa kabli, czujników, mankietów dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Pytanie 1

Pakiet 5 Pozycja 6

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 2

Pakiet 6 Pozycja 6

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 3

Pakiet 6 Pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odpowiedź: Poz. 6 – nr katalogowy adaptera d/ cz. firmy Draeger – 3368433

Ostatnio używany kabel nr kat M311-039 z firmy Empireum

Pytanie 4

Pakiet 7 Pozycja 6

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 5

Pakiet 17 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odpowiedź: Ostatnio używany kabel nr kat ET-3053R-PH-I od firmy Hemab producent Orantech Inc.

Pytanie 6

Pakiet 17 Pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Ostatnio używany czujnik nr kat SS-071D-AF30 od firmy Hemab producent Orantech Inc.

Pytanie 7

Pakiet 18 Pozycja 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Ostatnio używany czujnik nr kat BPN-20BS-W01M od firmy Hemab producent Orantech Inc.

Pytanie 8

Pakiet 18 Pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 10-15 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 9

Pakiet 26 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Ostatnio używany czujnik nr kat U403-01 od firmy LM LINE, producent Unimed Medical Supplies Inc.

Pytanie 10

Pakiet 31 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego mankietu.


Odpowiedź: Ostatnio używany mankiet nr kat H1886S-120 od firmy LM LINE, producent Unimed Medical Supplies Inc.

Pytanie 11

Pakiet 36 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odpowiedź: Ze względu na eksploatację brak możliwości odczytania nr obecnie używanego kabla. W załączeniu zdjęcie aktualnego kabla wraz z urządzeniem.



Handwritten signature

Handwritten signature

Pytanie 12

PAKIET 5 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie mankietu 35-45cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 13

PAKIET 5 pozycja 6

Prosimy o dopuszczenie adapteru o długości 2,5m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 14

PAKIET 6 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie mankietu 35-45cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 15

PAKIET 10 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie mankietu 35-45cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 16

PAKIET 10 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie adapteru o długości 2,5m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 17

PAKIET 11 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie mankietu 35-45cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 18

PAKIET 11 pozycja 3

prosimy o dopuszczenie długości 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 19

PAKIET 21 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie długości 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 20

PAKIET 21 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie długości 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 21

PAKIET 22 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie długości 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 22

PAKIET 22 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie długości 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

17

2014

Pytanie 23

PAKIET 23 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie długości 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 24

PAKIET 24 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie długości 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 25

PAKIET 24 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie długości 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 26

PAKIET 25 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie długości 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 27

PAKIET 26 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie długości 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 28

PAKIET 27 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie długości 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 29

PAKIET 28 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie długości 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 30

PAKIET 29 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie długości 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 31

PAKIET 29 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie długości 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 32

PAKIET 30 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie długości 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 33

PAKIET 30 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie długości 0,9m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

DYREKTOR

Beata Szafraniec