



Częstochowa dnia 19.01.2026 r.

Do wiadomości

Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych sprzętu medycznego w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”

Nr postępowania: NAN/WZD/2026/1

Zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.zsm.czyst.pl, SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 16.01.2026 r.

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przekazujemy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1

Dot. Pakiet nr 65 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, żeby przeglądy komór były dokonywane zgodnie z normą PN EN 12469?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie nr 2

Dot. Pakiet nr 65 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga wymiany filtrów i lamp bakteriobójczych UV (jeżeli znajdują się w komorze)? Większość producentów zaleca wymianę filtrów raz na 5 lat. W przypadku wymaganej wymiany filtrów, prosimy o podanie daty kiedy były ostatnio wymieniane oraz ich wymiarów. Ta wiedza jest kluczowa do prawidłowego oszacowania usługi, gdyż koszt filtrów jest wysoki i znacząco wpływa na wartość usługi (podwyższa ją nawet trzykrotnie), jeżeli wymiana filtrów ma być w niej zawarta. Dlatego bardzo prosimy o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 3

Dot. Pakiet nr 65 poz. 2

W związku z różnym wykorzystywaniem komór laminarnych w placówkach medycznych, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego, o udzielenie informacji dotyczących środowiska (działu), w którym te komory pracują oraz do jakich badań są wykorzystywane (dot. zagrożeń użytkownika np. promieniowanie, cytostatyki).

Odpowiedź: W Pracowni Prątki – Kocha personel pracuje z zakaźnym materiałem biologicznym- komora laminarna służy do ochrony przed zakażeniami oraz chorobami m.in. gruźlicy. W Aptece komora laminarna używana jest w celu zachowania warunków sterylnych podczas produkcji antybiotyków, maści oraz wszelkiego rodzaju leków.



Pytanie nr 4

Dot. Formularz cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu cenowym tylko tych pakietów (z niezmienioną ilością pozycji), na które Wykonawca składa ofertę, poprzez usunięcie pozostałych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 5

Dot. zapisów Umowy § 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie Umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Przesyłanie faktur elektronicznych ma nastąpić za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF), zgodnie z zapisami w projekcie umowy §4 ust. 7.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:


DYREKTOR

Beata Szafarowicz

Kierownik Działu Technicznego


Kamil Gawron

Zastępca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Technicznych


Zbigniew Szyszko