



Częstochowa, 24.03.2026

Odpowiedzi do zapytania ofertowego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.”

Oznaczenie sprawy: SZIM/WZD/2026/17

Pytanie 1

Pakiet 7 pozycja 1

Jednorazowe sterylne Igły EBUS rozmiar igły: 22 G, dł. ostrza 4 cm, do kanału 2,0 mm, dł. narzędzia 720 – 760 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2.

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o długości 5 cm i długości narzędzia 710 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

Dotyczy pakiet 1 pozycja 6

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty : Dren medyczny 7 mm x 30 metrów z możliwością cięcia co 90 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Z upoważnienia Dyrektora
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno – Finansowych

Małgorzata Głuch

Z upoważnienia Dyrektora
p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa

Dariusz Koczyński